



EG – Konformitätserklärung EC - Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass folgende Geräte (Produkte), die Bestimmungen der folgenden einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft erfüllen.

Herewith we confirm that the follow devices (products), comply with the relevant provisions of the Community harmonisation legislation.

Endoskop Lagerungsschrank

„ENDODRY™“ (vormals endoSTORE® neo) /

„ENDODRY™ one-click“ (vormals endoSTORE® one-click) /

„endoSTORE® one-click“

endoscope storage cabinet

“ENDODRY™“ (formerly endoSTORE® neo)

“ENDODRY™ one-click“ (formerly endoSTORE® one-click)

“endoSTORE® one-click“

gemäß den Bestimmungen nach Richtlinie **2006/95/EG und 2004/108/EG**, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, die Anforderungen dieser EG-Richtlinien erfüllt.


as specified to guideline **2006/95/EEC and 2004/108/EEC**, distributed by us in the current design, the demands of these directives fulfils.

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV
conformity assessment procedure: appendix IV

Angewendete Normen:
Applied norms:

EN 61010-1	Laborgeräte / lab devices
EN 60601-1-2	EMV / EMC
EN 16442:2015	Lagerschrank mit geregelten Umgebungsbedingungen für desinfizierte, thermolabile Endoskope Controlled environment storage cabinet for processed thermolabile endoscopes




Dietmar Beck

Geschäftsführer
Executive Manager

Heiligenberg, 17.03.2016

ESCAD Medical GmbH, Zur Oehmdwiesen 5, D-88633 Heiligenberg, E-Mail: info@escad-medical.com

ESCAD MEDICAL CE Conformity ENDODRY_160317.doc
Gültig bis/ validity: siehe EG/ EC Zertifikat